Fecha de Calibración: 4/6/2026

Fecha de Emisión: 4/6/2026

SILIQUINI S.R.L.
Pacheco 373

(54-0299) 477-4400
ventas@siliquini.com

CERTIFICADO DE CALIBRACION N°: 262457

Cliente:	GREEN OIL SERVICES SA	**Equipo en uso:**	REPARADO Y CALIBRADO
Instrumento:	DETECTOR, ALTAIR 2X, H2S STD, GRAY Grupo: 8 - (Portable Instrument)	**Equipo nuevo:**	NO
S/N:	00160554	**Fabricante:**	Mine Safety Appliances Company

Gas Patrón	Objetivo a Verificar	Incert. del Gas	Número de Lote	Validez Gas	Mediciones			Error de medición	Incert. de la Medición	Rango
					1	2	3			
Acido Sulfhidrico (H2S) 20 ppm	20 ppm	10%	299883	31/8/2026	20	20	20	0,000	3 ppm	0-200ppm
					VM:20,000					

MSA The Safety Company

ALARMAS

	Deficiency Alarm	Exposure Alarm	STEL Alar	TWA Alarm
H2S ppm	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm

Calibración: **Contraste con gas patrón trazable a patrones de peso NIST**

Condiciones ambientales de Calibración: **Cipolletti - R¡o Negro**

Temperatura (ºC) **18ºC**
Presión atmosférica (hPa): **1025 hPa**
Humedad (%): **50 %**

Procedimientos de Calibración: **De acuerdo al manual de cada equipo**

(*) Las especificaciones de tolerancia de medición se encuentran informadas en el manual del equipo.

"La calibración de los equipos, instrumentos y dispositivos utilizados, los métodos de análisis aplicados, y las acciones u omisiones son realizadas en forma exclusiva por personal de SILIQUINI S.R.L. sin intervención de COMPAÑÍA MSA DE ARGENTINA S.A. quien no responderá por los mismos."

Límites en el uso: **Indicados en el manual del equipo**
Los resultados son válidos solamente para el equipo ensayado no siendo extensivos a cualquier otro.
La trazabilidad de los detectores MSA se realiza a través del número de serie

La reproducción de este documento sólo podrá hacerse íntegramente sin ninguna alteración.

Hugo Puente
SERVICIO TÉCNICO
SILIQUINI S.R.L.

Cantidad de hojas: 1

CERTIFICATE OF ANALYSIS

PortaGas™
A Linde company

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 17034:2016 ACCREDITED
ISO/IEC 17025:2017 ACCREDITED

1202 E Sam Houston Parkway S,
Pasadena, TX 77503
Phone:(800) 548 2268 Fax:(713) 928 9961

PO Number: 4503632045
Manufactured For:
MSA Safety Sales, LLC
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township PA 16066
United States Of America

Work Order No: 41671100
Certification Date: 20-Aug-2024

Customer Part No: 10153845
Cylinder Size: 58mGAL
Cylinder Type: ISO 7866
Cylinder Content: 58 L (2 CU.FT.) @ 70 F (21 C) & 500 PSIG (3445Kpag)
Cylinder Lot No: 299883; 18 of 30 cylinders
Cylinder Serial Nos: BC646275,BC646278,BC646286,BC646300,BC646769,BC646772,BC646838,BC647226,BC647252,BC647254,BC647264,BC647299,BC647337,BC647380,BC647460,BC647501,BC670667,BC670668
Expiration Date: Aug 2026

Component	Nominal	Accuracy	Analytical Method
HYDROGEN SULFIDE	20 PPM (vol)	+/-10%	Automated Electrochemical Sensor 2.0
NITROGEN	BALANCE		

The mixture was manufactured or transfilled from a standard which has been gravimetrically blended with traceability through NIST to the International System of Units (SI) balance. Balances are calibrated by a certified third party with certified NIST weights and NIST test numbers.**Report Number: BU70910-10172024.**The uncertainty is expressed as an expanded uncertainty *U=kuc* with *uc* determined by experiment and a coverage factor *k=2*. The certified value +/-U is presented with a level of confidence of approximately 95%.

Quality Assurance Manager